

사 양 서

번호	1	사 양 서		
※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.				
품 명	교육용 제세동기		수량	2 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 208호			
■ 특징 - 출력파형은 e-cube 바이페이즈(BTE type) 이다. - 출력에너지 는 수동(Manual) 모드 - 1~200J / 자동(AED) 모드 - 200J 이다. - 패드부착이 가능하다. - 동시성 심조율 전환기능 (synchronized cardioversion)이 포함 되어있다. - Arrhythmia - NSR / VF (Coarse, Fine) / VT (Wide-QRS Tachycardia, 160 or 200 BPM) - Bradycardia / Asystole / SVT (Supraventricular) - 실제 제세동(전기충격)은 이루어지지 않는다. (Trainer) - AC 전원 : 입력(100-240VAC, 50-60Hz), 출력(18VDC, 5A /12VDC, 0.5A) ■ 제품사양 - 사이즈 : 326 * 253 * 358mm (W/가로 * D/세로 * H/높이) - 본체 무게 : 5kg 이하 ■ 구성 - 본체(1대-배터리포함) / 일회용 성인용 제세동패드(1조) / 일회용심전도전극(1팩) - 심전도 케이블 3리드(각 1조) / SpO2 프로브(1개) / SpO2 확장형 케이블(1개) - NIBP(성인, 소아, 유아) 컵(각 1조) / NIBP 확장형 케이블(1개) / 프린터용지(5롤) - AC 전원팩(1개) / 전원코드(1개) / 가방 / 국문사용설명서(1부) / 리모콘(1개)  ■ 기타사항 - 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출) - 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 외 모든 제반 비용을 부담하여야 한다.				

사 양 서

번호 2

※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.

품 명	환자감시 모니터	수량	1 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 701호		

■ 특징

- ECG, SpO2, NIBP, Respiration, Temperature 등을 모두 보여줌.
- 고해상도의 10.4인치 TFT 컬러 스크린 / 각각의 파라미터 개별 속도 설정가능
 - Mainstream/Sidestream EtCO2 / 12채널 ECG 측정모듈 / 고성능 Suntech NIBP
- 편리한 사용방식으로 누구나 사용가능. / 매우 낮은 SpO2 값 측정 기능
- ST레벨, PVC count가 실시간 측정 및 표시되는 기능 / 13종류의 부정맥 진단가능
- Pacemaker 탐지 기능 / 120종류 ECG 진단기능
- 128시간동안의 데이터 저장가능 / 1주일간의 데이터 저장 기능
- 20개 케이스의 10초당 알람의 파형 저장, 리뷰와 프린트 가능
- 무선 랜을 통한 센트럴 시스템의 연결 가능 / 화면 멈춤 및 파형 출력 기능
- 1시간 동안 동작 가능한 리튬이온 배터리

■ 제품사양

- 규격 : 270*250*184.5 mm / 중량 : 4.0kg (배터리 포함)
- INDICATORS
 - Categorized alarms(3 priority levels) / Visual alarm lamp handle
 - Heart rate, SpO2 Pulse pitch tone / Battery status / External power LED
- Battery Type : Li-ion

■ 구성

- 본품 1EA / 전용카트 1EA



■ 기타사항

- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 외 모든 제반 비용을 부담하여야 한다.

페이지	3
-----	---

모
비

수량

납품장소

■ 특징

- ## ■ 제품사양

- ## ■ 구성

- 

■ 기타사항

- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 외 모든 제반 비용을 부담하여야 한다.

사 양 서

번호	4	※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.		
품 명	이동식 정맥주사 걸대		수량	4 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 701호			
■ 특징 - 보행이 불편한 환자가 병원 내에서 치료 및 개인용무를 목적으로 보행을 할 때 주로 사용되며 환자의 이동 및 모니터 이동시 매우 유용함. - 상부의 4개의 I.V 및 Hanger는 1000cc, 500cc 링거를 고정시켜서 환자의 이동시에 매우 편리함. - Stainless Steel의 주요 재질은 병원 내에서의 소독 및 감염성을 최소화 시킴. - 원형 손잡이가 부착되어 환자가 안정적으로 이동할 수 있으며 약이나 작은 소지품을 보관할 수 있는 플라스틱 빈이 손잡이에 내장되어 환자에게 편리함을 제공함. - 견고한 하부 발과 5개의 바퀴로 안정성과 이동성이 매우 뛰어남. 5발 스탠드, 바스켓핸들, 병걸이, 핸들BIN, 4행거,소변주머니 걸이 ■ 제품사양 - Dimensions(mm) : Ø 500x1300-2100(H)mm - I.V Hook : 4hooks - I.V Holder : 500cc, 1000cc용 - Screw knob : Screw타입 조임쇠는 높이조절장치로 쉽게 높이 조절이 됨. - Handle : ABS 플라스틱 원형핸들, Basket - Caster : 2“ 회전형 바퀴 5ea  ■ 기타사항 - 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출) - 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 외 모든 제반 비용을 부담하여야 한다.				

사 양 서

번호	5	사 양 서		
※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.				
품 명	색각검사표		수량	9 EA
납품장소	원광보건대학교 학림관 707호			

■ 특징

- 성인을 대상으로 사용되는 색맹과 색약을 검사하는데 사용되는 표
- 색맹과 색약을 검사하는 데 사용되는 표. 여러 가지 색과 크기의 점을 나열하여 만든 것으로, 정상인사람은 문자를 찾아 읽을 수 있으나 색각에 이상이 있는 사람은 읽지 못하는 것과 그 반대의 것이 있다.

■ 제품사양

- 약 17*20cm
- 색각 이상을 검사하기 위하여 글자나 기호를 기재한표
- 색각검사표-1권



■ 기타사항

- 최종 검수 완료 후 2년간 무상유지보수를 제공하여야 함.(하자이행보증증권 제출)
- 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 교육을 실시하며 교육과 관련한 비용 외 모든 제반 비용을 부담하여야 한다.

끝.